

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 抽風櫃每月定期檢查記錄表

實驗室名稱：                      實驗室編號：                      ※檢查結果：正常打√，異常打×                      檢查日期：        年

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	異常改善處理情形
項 目													
氣罩及導管是否有磨損、腐蝕、凹凸或其他損害之狀況。													
導管或排氣機之塵埃積聚情形。													
導管接觸部份之狀況。													
吸氣及排氣之能力。													
其他保持性能之必要事項。													
備註及改善建議	請於年底 10 日前副本送環安衛中心存檔。2. 本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。												

檢查人：

實驗室負責人：

系主任：

環安衛中心：

## 康寧學校財團法人康寧大學

### 緊急沖身洗眼器設備檢查檢點記錄表

實驗室名稱：

實驗室編號：

※檢查結果：正常打√，異常打×

檢查日期： 年

月 份													異常改善處理 情形	
項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
水流管路保持暢通														
水源開關閥無故障														
拉環無鬆動掉落														
連接拉環之開關無故障														
檢視水質之外觀顏色是否正常														
備註及改善建議	請於年底 10 日前副本送環安衛中心存檔。2. 本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。													

檢查人：

實驗室負責人：

系主任：

環安衛中心：